

令和 3 年 12 月 20 日

各児童発達支援事業所 管理者 様

神奈川県福祉子どもみらい局
福祉部障害サービス課長
(公 印 省 略)

**県が配布した『抗原検査キット』の
デンカ社による自主回収及び再配布への対応について（協力依頼）**

障害福祉施策の推進につきましては日頃よりご尽力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、先般、抗原検査キットの配布にご協力いただいたところですが、この度、本県健康医療局からデンカ社による自主回収及び再配布について連絡がありました。

つきましては、下記をご参照いただき、抗原検査キットの回収及び再配布にご協力くださいますようお願いいたします。

なお、保護者宛の案内文を添付しておりますので、保護者への周知にご活用ください。

1 経緯と回収理由

令和 3 年 9 月以降、神奈川県では小学校、幼稚園、保育園等に向けて『抗原検査キット』を送付し、児童等のご家庭への配布にご協力をいただいております。

これらの『抗原検査キット』に関し、厚生労働省から 11 月 8 日付で、デンカ株式会社が自社の『抗原検査キット』の一部製品について、自主回収をする旨の報道発表があったところですが、この時には、県から配布した『抗原検査キット』で該当するものではありませんでした。

その後、11 月 15 日に、追加で令和 4 年 6 月及び 7 月が使用期限の製品についても自主回収の対象となる旨の発表があり、その中には、既に県から一部の小学校(以下 3 に記載)に配布した『抗原検査キット』も含まれていたため、回収が必要となることが判明しました。

同社による自主回収の理由は「偽陽性率が高まる兆候が確認されたため」であり、キットの保管・廃棄にあたって、何らかの危険性が生じるものではありません。

なお、今回の回収及び新しいキットの再配布については、デンカ株式会社の責任の下で行われるものです。

つきましては、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

2 自主回収の対象となるキットについて

- (1) 販売名：クイックナビ－COVID19 Ag(8 分タイプ)

- (2) 回収対象数量(県分)：21,838 箱 (218,380 テスト分)
- (3) 該当ロット：0861061、0871061、0881071、0891071、0901071、
0911071、0921071、0981071、0991071、1031071

※1 ロットはテストデバイスのパッケージの左下に印字されております。

※2 一部該当ではないキットもありますが、前回お配りしたキットについては
回収のうえ、新しいキットを再配布すると連絡を受けています。

3 自主回収の対象となる事業所について

県内の指定児童発達支援事業所

4 各事業所への依頼内容

(1) 保護者への周知について

本依頼文書の別添に保護者の皆様へあてた案内文を添付しております。
大変恐縮でございますが、各事業所にて、別添の案内文を保護者の皆様へ
通知していただきますよう、お願いします。

※併せて、下記(2)の③④の内容についても周知をお願いします。

(2) 各ご家庭に配布済のキットの回収について

- ① 保護者あての案内文では、「前回お配りしたキットで未使用のものは、
お手数ですが、ご家庭にある封筒等に入れていただき、配付を受けた事
業所へお持ちいただくようお願いいたします。その後メーカーが回収しま
す。」とご案内しています。お手数おかけしますが、配布済みのキットの
回収に御協力をお願いします。
- ② **令和3年12月下旬以降**、デンカ株式会社より各事業所に、回収用セッ
ト（回収用の段ボールと宅配便の集荷の番号等を記載した紙等）が送ら
れてきますので、回収にあたっては、この段ボールをご使用ください。
(各事業所で回収数をカウントしていただく必要はないこと、また、キ
ットのロット番号を記入する旨の紙が同梱されている場合があります
が、記入いただく必要がないことという連絡を受けています。)
- ③ 回収は、1月20日（木）を期限に行っていただくようお願いいたします。
(難しい場合でも、できる限り1月中にお願いしたいと連絡を受けてい
ます。)
- ④ **令和4年1月初旬以降**、順次、新しいキットを各事業所に配送しま
すが、前回キットを配布した際に同封いただいた、「抗原検査キットを使
用する前に」チラシや「抗原検査キットによる自宅での新型コロナウイルス
感染症の検査について」連絡文については、今回は配送しないと連
絡を受けています。このため、それらのチラシ等はキットとともに回収
せず、引き続きご家庭で保管いただくよう周知をお願いします。
- ⑤ キットの回収にあたり、各事業所への持参が難しいと保護者から申し

出があった場合は、直接、下記デンカ株式会社の相談窓口までお問い合わせいただくとご案内ください。

デンカ株式会社の相談窓口

ライフノベーション部門 国内試薬部

フリーダイヤル：0120-206-072

電話：03-6214-3235

(3) 各事業所で保管されているキットについて

- ① 各事業所で保管されている予備のキットについても、上記の回収用の段ボールに合わせて梱包していただき、1月21日（金）までにデンカ株式会社へ発送いただきたいと連絡を受けています。（難しい場合でも、できる限り1月中の発送をお願いしたいと連絡を受けています。）
- ② 発送にあたっては、回収用の段ボール箱とともに各学校にお配りした「宅配便の集荷の番号等を記載した紙」に記載の電話番号にお掛け
いただくと宅配業者（日本通運の予定）が集荷に伺うとのことですので、ご対応
いただくようお願いいたします。


(4) 新しいキットの再配布について

- ① 今後、1人分（2キット）に小分けしたキットを各事業所に配送します。（前回のように、各事業所で小分け作業をしていただく必要はないと連絡を受けています。）

お手数をおかけしますが、前回と同様に、キットを保護者に配布いただきますよう、よろしくお願いします。

- ② 児童数より多めにお送りすることですので、予備分は事業所で保管願います。

※参考フロー



問合せ先

事業支援グループ

神永、岡崎

電話 045-210-4717