

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー（義手用）	1.5	
フォームカバー（義足用）	0.5	
その他小部品（消耗品）	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手部	1.5	
足部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

座位保持装置

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
座位保持装置	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋）